

RACZ KATETERI

Epidularni kateteri

RACZ epiduralni kateteri su napravljeni od hirurškog nerđajućeg čelika u vidu kontinuirane opruge. Neobloženi distalni vrh je fleksibilan, glatki i zaobljen sa blago raširenim kalemovima za maksimalnu fleksibilnost i bočnu distribuciju injektora. Svi Epimed kateteri imaju poboljšanu zateznu / prekidnu čvrstoću i ograničavaju uzdužno istezanje, dok opružne zavojnice čine kateter otpornim na savijanje i kolaps. Nove funkcije uključuju poboljšane kalibrisane oznake dubine i Racz® oznake za optimalnu usmerenost kod cervikalne i lumbalne regije.

U našem portofilu imamo razne vrste katetera i dimenzija:

BREVI-XL™

Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na savijanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nerđajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rendgenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za usmeravanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup.

BREVI-STF®

Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na savijanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nerđajućeg čelika, dolazi sa tvrdim stiletom, rendgenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za usmeravanje, dužine 35,50cm, 19G, lumbalni pristup.

BREVI-KATH®

Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na savijanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nerđajućeg čelika, dolazi sa stiletom, rendgenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za usmeravanje, dužine 30,50cm, 21G, transforaminalni pristup.

BREVI-XL™ / 2

Epiduralni kateter za Racz proceduru, fleksibilni, glatki, atraumatski vrh, otporan na savijanje, napravljen iz kontinuirane opruge od nerđajućeg čelika, dolazi sa dvostrukim stiletom, rendgenski vidljiv, otporan na fenol, alkohol i glicerol, Racz oznaka za usmeravanje, dužine 35,50cm, 19G.

